



**ESTADO DO PARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**  
**COMISSÃO DE LICITAÇÕES**

## TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2023**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023**

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE 75 LITROS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 37/2022, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA – SESPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA – PA.**

Diante fracasso do certame realizado na data do dia 27 de novembro de 2023, visando obter mais propostas para o objeto, fez se necessário a revisão e retificação da especificação do produto pretendido que passa a vigorar conforme descrito abaixo, e conseqüentemente a retificação do edital agendando uma nova data de abertura.

**ITEM RETIFICADO:**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UND
01	<p><b>AUTOCLAVE 75 LITROS</b></p> <p><i>Esterilizador com câmara, volume de 75 litros, vertical ou horizontal e capacidade para duas (02) unidades de esterilização (U.E.) padrão ISO.</i></p> <p><i>Construída em aço inoxidável AISI 304, com base nas normas ASME/ABNT e que atenda a norma NR13;</i></p> <p><i>Tampa em bronze fundido, internamente estanhada, externamente polida e envernizada, acompanha guarnição de silicone para vedação resistente a altas temperaturas.</i></p> <p><i>Válvula de controle com sistema de contra peso regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor.</i></p> <p><i>Manípulos para fechamento em baquelite, isolados contra o calor.</i></p> <p><i>Resistencia elétrica de imersão em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado.</i></p> <p><i>Cesto em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurados para permitir a circulação do vapor, garantido a qualidade na esterilização.</i></p> <p><i>Gabinete construído em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática, ou construído em chapa de aço inox, montado sobre quatro pés de borracha regulável.</i></p> <p><i>Manômetro com no mínimo duas escalas de pressão de 0 a 3 kgf/cm<sup>2</sup> e correspondência mínima em graus centígrados de 100 a 143°C.</i></p> <p><i>Painel informativo e intuitivo, com controle de temperatura e tempo de esterilização, indicador de ligado/desligado e instruções de uso.</i></p> <p><i>Registro esfera para limpeza e drenagem da água.</i></p> <p><i>Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior a MPTA</i></p>	01	UND



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**  
**COMISSÃO DE LICITAÇÕES**

---

<p><i>(máxima pressão de trabalho admissível).</i></p> <p><i>Pressão de trabalho 1,5kgf/cm<sup>2</sup>, correspondente a 127°C ou superior.</i></p> <p><i>Tensão de entrada: 220 V.</i></p> <p><i>Potência Mínima: 2000W.</i></p> <p><i>02 (dois) x Cesto de Carga, Cesto aramado de inox AISI316 e acabamento eletropolido, padrão ISO.</i></p>		
--	--	--

**NOVA DATA DE ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO:**

**DIA: 24/01/2024 ÀS 08:15 HORAS.**

Assim, proceda a correção necessária, e como de praxe, publique-se.

Floresta do Araguaia - Pará, 10 de Janeiro de 2.024.

DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA

Pregoeiro

Decreto nº 189/2021