

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Pregão Eletrônico - 032/2023 - REPUBLICAÇÃO

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
10/01/2024 16:01	11/01/2024 00:01	19/01/2024 08:15	24/01/2024 08:00	24/01/2024 08:15

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	AUTOCLAVE 75 LITROS ESTERILIZADOR COM CÂMARA, VOLUME DE 75 LITROS, VERTICAL OU HORIZONTAL E CAPACIDADE PARA DUAS (02) UNIDADES DE ESTERILIZAÇÃO (U.E.) PADRÃO ISO. CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM BASE NAS NORMAS ASME/ABNT E QUE ATENDA A NORMA NR13; TAMPA EM BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTE ESTANHADA, EXTERNAMENTE POLIDA E ENVERNIZADA, ACOMPANHA GUARNIÇÃO DE SILICONE PARA VEDAÇÃO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. VÁLVULA DE CONTROLE COM SISTEMA DE CONTRA PESO REGULÁVEL PARA LIBERAR PRESSÃO E EXPULSAR O AR INTERNO AFIM DE OBTER UMA CÂMARA DE TRABALHO COM VAPOR. MANÍPULOS PARA FECHAMENTO EM BAQUELITE, ISOLADOS CONTRA O CALOR. RESISTENCIA ELÉTRICA DE IMERSÃO EM NÍQUEL CROMO BLINDADO EM TUBOS DE COBRE CROMADO. CESTO EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO, TOTALMENTE PERFURADOS PARA PERMITIR A CIRCULAÇÃO DO VAPOR, GARANTIDO A QUALIDADE NA ESTERILIZAÇÃO. GABINETE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, OU CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOX, MONTADO SOBRE QUATRO PÉS DE BORRACHA REGULÁVEL. MANÔMETRO COM NO MÍNIMO DUAS ESCALAS DE PRESSÃO DE 0 A 3 KGF/CM2 E CORRESPONDÊNCIA MÍNIMA EM GRAUS CENTÍGRADOS DE 100 A 143°C. PAINEL INFORMATIVO E INTUITIVO, COM CONTROLE DE TEMPERATURA E TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO, INDICADOR DE LIGADO/DESLIGADO E INSTRUÇÕES DE USO. REGISTRO ESFERA PARA LIMPEZA E DRENAGEM DA ÁGUA. VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO REGULADA PARA ATUAR COM PRESSÃO IGUAL OU SUPERIOR A MPTA (MÁXIMA PRESSÃO DE TRABALHO ADMISSÍVEL). PRESSÃO DE TRABALHO 1.5KGF/CM2, CORRESPONDENTE A 127°C OU SUPERIOR. TENSÃO DE ENTRADA: 220 V. POTÊNCIA MÍNIMA: 2000W. 02 (DOIS) X CESTO DE CARGA, CESTO ARAMADO DE INOX AISI316 E ACABAMENTO ELETROPOLIDO, PADRÃO ISO.	22.448,32	1	UN	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
10/01/2024 - 16:01	RETIFICAÇÃO DO EDITAL, P.E. Nº 032-2023- AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE - FMS.pdf
10/01/2024 - 16:04	EDITAL, P.E. Nº 032-2023- AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE (ORIGINAL).pdf
10/01/2024 - 16:07	AtaFracassado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
------	---------	-------



25/01/2024 - 08:52:18	ABERTURA DA SESSÃO.	Informamos que devido problemas internos na rede de energia elétrica do prédio da Prefeitura Municipal não foi possível a realização da sessão de abertura na data de ontem conforme previsto, deste modo, fica agendada a abertura da sessão para amanhã, DIA 26 DE JANEIRO DE 2024 ÀS 09:00 HORAS.
26/01/2024 - 10:45:18	Documentos solicitados para o processo 032/2023 - REPUBLICAÇÃO	Contamos com a participação de todos e agradecemos pela compreensão Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 032/2023 - REPUBLICAÇÃO. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/01/2024 - 12:00:27	Documentos solicitados para o processo 032/2023 - REPUBLICAÇÃO	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 032/2023 - REPUBLICAÇÃO. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/01/2024 - 12:59:25	Documentos solicitados para o processo 032/2023 - REPUBLICAÇÃO	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 032/2023 - REPUBLICAÇÃO. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/01/2024 - 13:21:00	Documentos solicitados para o processo 032/2023 - REPUBLICAÇÃO	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 032/2023 - REPUBLICAÇÃO. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	<p>AUTOCLAVE 75 LITROS Esterilizador com câmara, volume de 75 litros, vertical ou horizontal e capacidade para duas (02) unidades de esterilização (U.E.) padrão ISO. Construída em aço inoxidável AISI 304, com base nas normas ASME/ABNT e que atenda a norma NR13; Tampa em bronze fundido, internamente estanhada, externamente polida e envernizada, acompanha guarnição de silicone para vedação resistente a altas temperaturas. Válvula de controle com sistema de contra peso regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor. Manipulos para fechamento em baquelite, isolados contra o calor. Resistencia elétrica de imersão em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado. Cesto em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurados para permitir a circulação do vapor, garantido a qualidade na esterilização. Gabinete construído em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática, ou construído em chapa de aço inox, montado sobre quatro pés de borracha regulável. Manômetro com no mínimo duas escalas de pressão de 0 a 3 kgf/cm² e correspondência mínima em graus centígrados de 100 a 143°C. Painel informativo e intuitivo, com controle de temperatura e tempo de esterilização, indicador de ligado/desligado e instruções de uso. Registro esfera para limpeza e drenagem da água. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior a MPTA (máxima pressão de trabalho admissível). Pressão de trabalho 1,5kgf/cm², correspondente a 127°C ou superior. Tensão de entrada: 220 V. Potência Mínima: 2000W.</p> <p>02 (dois) x Cesto de Carga, Cesto aramado de inox AISI316 e acabamento eletropolido, padrão ISO.</p>	FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	FLEX75L	STERMAX	15.000,00	1	15.000,00
------	---	---	---------	---------	-----------	---	-----------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.



* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - AUTOCLAVE 75 LITROS

Esterilizador com câmara, volume de 75 litros, vertical ou horizontal e capacidade para duas (02) unidades de esterilização (U.E.) padrão ISO.

Construída em aço inoxidável AISI 304, com base nas normas ASME/ABNT e que atenda a norma NR13;

Tampa em bronze fundido, internamente estanhada, externamente polida e envernizada, acompanha guarnição de silicone para vedação resistente a altas temperaturas.

Válvula de controle com sistema de contra peso regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor.

Manípulos para fechamento em baquelite, isolados contra o calor.

Resistencia elétrica de imersão em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado.

Cesto em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurados para permitir a circulação do vapor, garantido a qualidade na esterilização.

Gabinete construído em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática, ou construído em chapa de aço inox, montado sobre quatro pés de borracha regulável.

Manômetro com no mínimo duas escalas de pressão de 0 a 3 kgf/cm² e correspondência mínima em graus centígrados de 100 a 143°C.

Painel informativo e intuitivo, com controle de temperatura e tempo de esterilização, indicador de ligado/desligado e instruções de uso.

Registro esfera para limpeza e drenagem da água.

Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior a MPTA (máxima pressão de trabalho admissível).

Pressão de trabalho 1,5kgf/cm², correspondente a 127°C ou superior.

Tensão de entrada: 220 V.

Potência Mínima: 2000W.

02 (dois) x Cesto de Carga, Cesto aramado de inox AISI316 e acabamento eletropolido, padrão ISO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
S D DA SILVA FERRAZ	19.775.637/0001-88	17/01/2024 - 12:02:04	CS Analogica	primatec	1	R\$22.440,00	R\$ 22.440,00	Sim
BH LABORATORIOS LTDA	22.283.196/0001-01	23/01/2024 - 15:08:55	7.5	DIGITALE	1	R\$22.448,00	R\$ 22.448,00	Sim
PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.444.108/0001-95	23/01/2024 - 15:58:38	75L FLEX	STERMAX	1	R\$22.448,32	R\$ 22.448,32	Sim
FRONT COMERCIAL LTDA	43.731.740/0001-00	23/01/2024 - 16:25:43	CS 75	Primatec	1	R\$22.448,32	R\$ 22.448,32	Sim
GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	32.519.346/0001-97	23/01/2024 - 16:57:44	75 LITROS	PRISMATEC	1	R\$27.000,00	R\$ 27.000,00	Sim
DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	37.122.230/0001-33	23/01/2024 - 17:15:46	7.5	DIGITALE	1	R\$50.000,00	R\$ 50.000,00	Sim
A MEDICAL MEDICAMENTOS LTDA	28.692.942/0001-05	23/01/2024 - 17:28:13	CS-75	PRISMATEC	1	R\$22.448,32	R\$ 22.448,32	Sim
52.524.430 ANNA ALICE ALVES CARVALHO	52.524.430/0001-06	24/01/2024 - 01:47:33	AUTOCLAVE 75 LITROS Esterilizador	ctr	1	R\$22.448,32	R\$ 22.448,32	Sim
FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	40.618.304/0001-31	24/01/2024 - 02:53:03	FLEX75L	STERMAX	1	R\$22.440,00	R\$ 22.440,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
BH LABORATORIOS LTDA	22.283.196/0001-01	90 dias
S D DA SILVA FERRAZ	19.775.637/0001-88	90 dias
A MEDICAL MEDICAMENTOS LTDA	28.692.942/0001-05	90 dias



PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.444.108/0001-95	90 dias
GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	32.519.346/0001-97	90 dias
DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	37.122.230/0001-33	180 dias
FRONT COMERCIAL LTDA	43.731.740/0001-00	90 dias
FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	40.618.304/0001-31	90 dias
52.524.430 ANNA ALICE ALVES CARVALHO	52.524.430/0001-06	60 dias

Lances Enviados

0001 - AUTOCLAVE 75 LITROS

Esterilizador com câmara, volume de 75 litros, vertical ou horizontal e capacidade para duas (02) unidades de esterilização (U.E.) padrão ISO.

Construída em aço inoxidável AISI 304, com base nas normas ASME/ABNT e que atenda a norma NR13;

Tampa em bronze fundido, internamente estanhada, externamente polida e envernizada, acompanha guarnição de silicone para vedação resistente a altas temperaturas.

Válvula de controle com sistema de contra peso regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor.

Manípulos para fechamento em baquelite, isolados contra o calor.

Resistencia elétrica de imersão em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado.

Cesto em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurados para permitir a circulação do vapor, garantido a qualidade na esterilização.

Gabinete construído em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática, ou construído em chapa de aço inox, montado sobre quatro pés de borracha regulável.

Manômetro com no mínimo duas escalas de pressão de 0 a 3 kgf/cm² e correspondência mínima em graus centígrados de 100 a 143°C.

Painel informativo e intuitivo, com controle de temperatura e tempo de esterilização, indicador de ligado/desligado e instruções de uso.

Registro esfera para limpeza e drenagem da água.

Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior a MPTA (máxima pressão de trabalho admissível).

Pressão de trabalho 1,5kgf/cm², correspondente a 127°C ou superior.

Tensão de entrada: 220 V.

Potência Mínima: 2000W.

02 (dois) x Cesto de Carga, Cesto aramado de inox AISI316 e acabamento eletropolido, padrão ISO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/01/2024 - 12:02:04	22.440,00 (proposta)	19.775.637/0001-88 - S D DA SILVA FERRAZ	Válido
23/01/2024 - 15:08:55	22.448,00 (proposta)	22.283.196/0001-01 - BH LABORATORIOS LTDA	Válido
23/01/2024 - 15:58:38	22.448,32 (proposta)	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - * A licitante não apresentou o Termo de Abertura e encerramento do Balanço Patrimonial exigidos no item 13.3.3 do edital; Observamos que foram abertas diligencias para que a licitante encaminhasse os documentos faltantes, porém a licitante não os enviou (item 15.6.3 do edital). 26/01/2024 12:40:50
23/01/2024 - 16:25:43	22.448,32 (proposta)	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Válido
23/01/2024 - 16:57:44	27.000,00 (proposta)	32.519.346/0001-97 - GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	Válido
23/01/2024 - 17:15:46	50.000,00 (proposta)	37.122.230/0001-33 - DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Válido
23/01/2024 - 17:28:13	22.448,32 (proposta)	28.692.942/0001-05 - A MEDICAL MEDICAMENTOS LTDA	Válido
24/01/2024 - 01:47:33	22.448,32 (proposta)	52.524.430/0001-06 - 52.524.430 ANNA ALICE ALVES CARVALHO	Válido
24/01/2024 - 02:53:03	22.440,00 (proposta)	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
26/01/2024 - 09:11:16	22.439,00	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
26/01/2024 - 09:11:20	22.430,00	28.692.942/0001-05 - A MEDICAL MEDICAMENTOS LTDA	Válido



26/01/2024 - 09:12:09	22.400,00	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - • A licitante não apresentou o Termo de Abertura e encerramento do Balanço Patrimonial exigidos no item 13.3.3 do edital; Observamos que foram abertas diligencias para que a licitante encaminhasse os documentos faltantes, porém a licitante não os enviou (item 15.6.3 do edital). 26/01/2024 12:40:50
26/01/2024 - 09:12:32	22.399,00	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
26/01/2024 - 09:13:12	22.398,00	28.692.942/0001-05 - A MEDICAL MEDICAMENTOS LTDA	Válido
26/01/2024 - 09:13:55	22.300,00	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - • A licitante não apresentou o Termo de Abertura e encerramento do Balanço Patrimonial exigidos no item 13.3.3 do edital; Observamos que foram abertas diligencias para que a licitante encaminhasse os documentos faltantes, porém a licitante não os enviou (item 15.6.3 do edital). 26/01/2024 12:40:50
26/01/2024 - 09:14:00	22.397,00	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
26/01/2024 - 09:14:06	22.299,00	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
26/01/2024 - 09:14:41	22.200,00	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - • A licitante não apresentou o Termo de Abertura e encerramento do Balanço Patrimonial exigidos no item 13.3.3 do edital; Observamos que foram abertas diligencias para que a licitante encaminhasse os documentos faltantes, porém a licitante não os enviou (item 15.6.3 do edital). 26/01/2024 12:40:50
26/01/2024 - 09:14:51	22.100,00	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
26/01/2024 - 09:15:02	22.000,00	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - • A licitante não apresentou o Termo de Abertura e encerramento do Balanço Patrimonial exigidos no item 13.3.3 do edital; Observamos que foram abertas diligencias para que a licitante encaminhasse os documentos faltantes, porém a licitante não os enviou (item 15.6.3 do edital). 26/01/2024 12:40:50
26/01/2024 - 09:15:34	21.000,00	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
26/01/2024 - 09:16:17	20.900,00	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - • A licitante não apresentou o Termo de Abertura e encerramento do Balanço Patrimonial exigidos no item 13.3.3 do edital; Observamos que foram abertas diligencias para que a licitante encaminhasse os documentos faltantes, porém a licitante não os enviou (item 15.6.3 do edital). 26/01/2024 12:40:50
26/01/2024 - 09:18:04	20.500,00	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
26/01/2024 - 09:19:02	20.400,00	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - • A licitante não apresentou o Termo de Abertura e encerramento do Balanço Patrimonial exigidos no item 13.3.3 do edital; Observamos que foram abertas diligencias para que a licitante encaminhasse os documentos faltantes, porém a licitante não os enviou (item 15.6.3 do edital). 26/01/2024 12:40:50
26/01/2024 - 09:19:23	20.300,00	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
26/01/2024 - 09:19:51	20.200,00	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - • A licitante não apresentou o Termo de Abertura e encerramento do Balanço Patrimonial exigidos no item 13.3.3 do edital; Observamos que foram abertas diligencias para que a licitante encaminhasse os documentos faltantes, porém a licitante não os enviou (item 15.6.3 do edital). 26/01/2024 12:40:50
26/01/2024 - 09:20:05	22.396,00	28.692.942/0001-05 - A MEDICAL MEDICAMENTOS LTDA	Válido
26/01/2024 - 09:20:21	20.250,00	19.775.637/0001-88 - S D DA SILVA FERRAZ	Válido
26/01/2024 - 09:20:56	20.000,00	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
26/01/2024 - 09:21:20	19.900,00	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - • A licitante não apresentou o Termo de Abertura e encerramento do Balanço Patrimonial exigidos no item 13.3.3 do edital; Observamos que foram abertas diligencias para que a licitante encaminhasse os documentos faltantes, porém a licitante não os enviou (item 15.6.3 do edital). 26/01/2024 12:40:50
26/01/2024 - 09:21:29	19.000,00	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
26/01/2024 - 09:21:44	18.000,00	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - • A licitante não apresentou o Termo de Abertura e encerramento do Balanço Patrimonial exigidos no item 13.3.3 do edital; Observamos que foram abertas diligencias para que a licitante encaminhasse os documentos faltantes, porém a licitante não os enviou (item 15.6.3 do edital). 26/01/2024 12:40:50



26/01/2024 - 09:21:54	19.050,00	19.775.637/0001-88 - S D DA SILVA FERRAZ	Válido
26/01/2024 - 09:23:44	17.900,00	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
26/01/2024 - 09:24:20	17.800,00	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - • A licitante não apresentou o Termo de Abertura e encerramento do Balanço Patrimonial exigidos no item 13.3.3 do edital; Observamos que foram abertas diligencias para que a licitante encaminhasse os documentos faltantes, porém a licitante não os enviou (item 15.6.3 do edital). 26/01/2024 12:40:50
26/01/2024 - 09:25:05	17.500,00	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
26/01/2024 - 09:25:31	17.400,00	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - • A licitante não apresentou o Termo de Abertura e encerramento do Balanço Patrimonial exigidos no item 13.3.3 do edital; Observamos que foram abertas diligencias para que a licitante encaminhasse os documentos faltantes, porém a licitante não os enviou (item 15.6.3 do edital). 26/01/2024 12:40:50
26/01/2024 - 09:26:09	17.300,00	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
26/01/2024 - 09:26:30	17.200,00	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - • A licitante não apresentou o Termo de Abertura e encerramento do Balanço Patrimonial exigidos no item 13.3.3 do edital; Observamos que foram abertas diligencias para que a licitante encaminhasse os documentos faltantes, porém a licitante não os enviou (item 15.6.3 do edital). 26/01/2024 12:40:50
26/01/2024 - 09:26:43	17.100,00	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
26/01/2024 - 09:27:06	17.000,00	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - • A licitante não apresentou o Termo de Abertura e encerramento do Balanço Patrimonial exigidos no item 13.3.3 do edital; Observamos que foram abertas diligencias para que a licitante encaminhasse os documentos faltantes, porém a licitante não os enviou (item 15.6.3 do edital). 26/01/2024 12:40:50
26/01/2024 - 09:27:15	16.900,00	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
26/01/2024 - 09:27:33	16.800,00	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - • A licitante não apresentou o Termo de Abertura e encerramento do Balanço Patrimonial exigidos no item 13.3.3 do edital; Observamos que foram abertas diligencias para que a licitante encaminhasse os documentos faltantes, porém a licitante não os enviou (item 15.6.3 do edital). 26/01/2024 12:40:50
26/01/2024 - 09:29:18	16.800,01	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
26/01/2024 - 09:35:48	15.000,00 (lance oculto)	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
26/01/2024 - 09:36:38	11.143,00 (lance oculto)	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - • A licitante não apresentou o Termo de Abertura e encerramento do Balanço Patrimonial exigidos no item 13.3.3 do edital; Observamos que foram abertas diligencias para que a licitante encaminhasse os documentos faltantes, porém a licitante não os enviou (item 15.6.3 do edital). 26/01/2024 12:40:50

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	26/01/2024 - 11:13:22	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	balançocatalogoautoclave.zip
0001	26/01/2024 - 11:40:26	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	balanço (2).zip
0001	26/01/2024 - 13:05:12	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	FICHA TECNICA_FLEX.pdf
0001	26/01/2024 - 13:05:12	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	REGISTRO ANVISA AUTOCLAVE EXTRA.pdf
0001	26/01/2024 - 14:08:27	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	PROPOSTA COMERCIAL REAJUSTA FLORESTA DO ARAGUAIA PA.pdf

Documentos dos Fornecedores



Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	23/01/2024 - 15:57	PRISCILLA LEAL GONÇALVES	-	-	-	-	PROPOSTA DE PREÇOS
PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	23/01/2024 - 15:57	PRISCILLA LEAL GONÇALVES	-	-	-	-	DECLARAÇÕES EXTRAS
FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	24/01/2024 - 02:53	Gislaine monteiro Barroso	-	-	-	-	DECLARAÇÕES EXTRAS
FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	24/01/2024 - 03:08	Gislaine monteiro Barroso	-	-	-	-	PROPOSTA DE PREÇOS

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
26/01/2024 - 12:40:50	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.444.108/0001-95	Abrangendo todo o processo

• A licitante não apresentou o Termo de Abertura e encerramento do Balanço Patrimonial exigidos no item 13.3.3 do edital; Observamos que foram abertas diligencias para que a licitante encaminhasse os documentos faltantes, porém a licitante não os enviou (item 15.6.3 do edital).

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
26/01/2024 - 14:25	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
10/01/2024 - 16:04:33	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (EDITAL, P.E. Nº 032-2023- AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE (ORIGINAL).pdf) em 10/01/2024 às 16:04.
10/01/2024 - 16:07:52	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (AtaFracassado.pdf) em 10/01/2024 às 16:07.
25/01/2024 - 08:41:35	Pregoeiro	Bom dia Senhores(as) Licitantes!
25/01/2024 - 08:46:17	Pregoeiro	Informamos que devido problemas internos na rede de energia elétrica do prédio da Prefeitura Municipal não foi possível a realização da sessão de abertura na data de ontem conforme previsto, deste modo, fica agendada a abertura da sessão para amanhã, DIA 26 DE JANEIRO DE 2024 ÀS 09:00 HORAS. Contamos com a participação de todos e agradecemos pela compreensão.
25/01/2024 - 08:48:22	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
26/01/2024 - 09:00:06	Pregoeiro	Bom dia Senhores(as) Licitantes!
26/01/2024 - 09:01:17	Pregoeiro	Em instantes daremos início à etapa de lances.
26/01/2024 - 09:08:37	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
26/01/2024 - 09:08:37	Sistema	Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso II do caput do art. 31. No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
26/01/2024 - 09:08:37	Sistema	Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
26/01/2024 - 09:08:37	Sistema	Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
26/01/2024 - 09:08:37	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
26/01/2024 - 09:10:41	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
26/01/2024 - 09:25:43	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
26/01/2024 - 09:34:24	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 26/01/2024 às 09:39:24.
26/01/2024 - 09:34:24	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 19.050,00
26/01/2024 - 09:39:24	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 26/01/2024 às 09:39:24.
26/01/2024 - 09:39:24	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
26/01/2024 - 09:53:02	Sistema	O item 0001 teve como arrematante PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME com lance de R\$ 11.143,00.
26/01/2024 - 09:57:28	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:56 do dia 26/01/2024.
26/01/2024 - 09:57:28	Sistema	Motivo: Abertura de negociação de preço, conforme Art. 38 do Decreto Federal nº 10.024/19.
26/01/2024 - 10:08:12	F. PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA	Negociação Item 0001: Sr. pregoeiro, já chegamos ao nosso melhor valor.



26/01/2024 - 10:45:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:43 do dia 26/01/2024.
26/01/2024 - 10:45:18	Sistema	Motivo: Atenção licitante: Identificamos a ausência do Termo de Abertura e encerramento do Balanço Patrimonial exigidos no item 13.3.3 do edital, que as Certidões de Regularidade Fiscal Federal e Estadual estão vencidas, e que não foi apresentado o catálogo do produto ofertado contrariando o exigido no item 12.2.1 alínea "i" do edital. Portanto solicitamos que caso a licitante possua o documento Termo de Abertura e encerramento do Balanço Patrimonial pré-existente à data e horário de abertura nos enviar juntamente com o catálogo do produto ofertado. E considerando que a empresa é beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, solicitamos que caso possua as certidões de regularidade fiscal atualizadas e devidamente regul, nos envie para darmos agilidade na contratação.
26/01/2024 - 11:07:57	F. PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA	Documentação Item 0001: Sr. pregoeiro, já irei anexar o Termo de Abertura e encerramento do Balanço Patrimonial e o catálogo solicitado, quanto as certidões de regularidade, solicito que conforme a lei LC 147/14, peça que nos dê o prazo de 5 dias úteis para envio dos documentos solicitados.
26/01/2024 - 11:13:22	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
26/01/2024 - 11:23:46	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:43 do dia 26/01/2024.
26/01/2024 - 11:23:46	Sistema	Motivo: Alertamos que não constam nos documentos enviados o Termo de Abertura e Encerramento do Balanço conforme solicitado. Caso não seja enviados dentro do prazo estipulado a licitante será inabilitada.
26/01/2024 - 11:40:26	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
26/01/2024 - 12:00:27	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:28 do dia 26/01/2024.
26/01/2024 - 12:00:27	Sistema	Motivo: Senhor (a) representante, percebemos que está com dificuldade em identificar o documento "Termo de Abertura e Encerramento do Balanço", diante disto orientamos que consulte o contador da empresa sobre a existência do documento e faça o envio. Esta será a última oportunidade para sanar a falha.
26/01/2024 - 12:40:50	Sistema	O fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI foi desclassificado no processo.
26/01/2024 - 12:40:50	Sistema	Motivo: • A licitante não apresentou o Termo de Abertura e encerramento do Balanço Patrimonial exigidos no item 13.3.3 do edital; Observamos que foram abertas diligencias para que a licitante encaminhasse os documentos faltantes, porém a licitante não os enviou (item 15.6.3 do edital).
26/01/2024 - 12:40:50	Sistema	O fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
26/01/2024 - 12:40:50	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R\$ 15.000,00.
26/01/2024 - 12:43:42	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 13:42 do dia 26/01/2024.
26/01/2024 - 12:43:42	Sistema	Motivo: Negociação de preços conforme previsto no Artigo 38 do Decreto Federal nº 10.024/19. Apresentamos contraproposta no valor de R\$ 11.143,00.
26/01/2024 - 12:59:25	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:56 do dia 26/01/2024.
26/01/2024 - 12:59:25	Sistema	Motivo: Atenção licitante: Identificamos a ausência do catálogo do produto ofertado, exigido no item 12.2.1 alínea "i" do edital. Portanto solicitamos que nos envie o documento.
26/01/2024 - 13:03:48	F. FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	Negociação Item 0001: BOM DIA SR PREGOEIRO, SERÁ ENVIADO AGORA MESMO
26/01/2024 - 13:05:12	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
26/01/2024 - 13:05:54	F. FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	Negociação Item 0001: Segue em anexo, catálogo e registro do produto ora ofertado
26/01/2024 - 13:08:33	Pregoeiro	Solicitamos que se manifeste também na negociação, atendendo a contraproposta.
26/01/2024 - 13:10:09	F. FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	Negociação Item 0001: esse é o nosso menor valor, não conseguimos chegar ao valor solicitado
26/01/2024 - 13:15:10	Sistema	Prazo de negociação alterado para o item 0001. O prazo é até às 13:42 do dia 26/01/2024.
26/01/2024 - 13:15:10	Sistema	Motivo: Não sendo possível a aceitação da contraproposta, solicitamos que apresente proposta no menor valor exequível para a arrematante.
26/01/2024 - 13:17:14	F. FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	Negociação Item 0001: informamos que este é o menor valor que conseguimos ofertar, devido ao fato do pregão ser aberto/fechado, no lance fechado demos o nosso melhor lance, não conseguimos melhorar nosso preço
26/01/2024 - 13:18:38	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
26/01/2024 - 13:18:38	Sistema	Motivo: Negociação concluída sem sucesso.
26/01/2024 - 13:19:11	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA no item 0001.
26/01/2024 - 13:19:11	Sistema	Motivo: Já atendido.
26/01/2024 - 13:21:00	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:19 do dia 26/01/2024.
26/01/2024 - 13:21:00	Sistema	Motivo: Solicitamos a proposta adequada ao valor final ofertado. Solicitamos ainda que faça constar expressamente na proposta o prazo de entrega do produto conforme exigido na alínea "g" do item 12.2.1 do edital.
26/01/2024 - 14:08:27	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
26/01/2024 - 14:09:54	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA no item 0001.
26/01/2024 - 14:09:54	Sistema	Motivo: Já atendido.
26/01/2024 - 14:10:02	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA.
26/01/2024 - 14:10:08	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 26/01/2024 às 14:25.
26/01/2024 - 14:26:43	Pregoeiro	Nada mais havendo a tratar, DECLARO ENCERRADA A SESSÃO, agradecendo a todos pela participação.
26/01/2024 - 14:26:53	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.



DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA

Pregoeiro

VALDIVANI MARTINS BARROS

Apoio

WALDSON ANTUNES MORAIS

Apoio

