

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Pregão Eletrônico - 032/2023 - REPUBLICAÇÃO

Resultado da Homologação

0001 - AUTOCLAVE 75 LITROS

Esterilizador com câmara, volume de 75 litros, vertical ou horizontal e capacidade para duas (02) unidades de esterilização (U.E.) padrão ISO.

Construída em aço inoxidável AISI 304, com base nas normas ASME/ABNT e que atenda a norma NR13;

Tampa em bronze fundido, internamente estanhada, externamente polida e envernizada, acompanha guarnição de silicone para vedação resistente a altas temperaturas.

Válvula de controle com sistema de contra peso regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor.

Manípulos para fechamento em baquelite, isolados contra o calor.

Resistencia elétrica de imersão em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado.

Cesto em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurados para permitir a circulação do vapor, garantido a qualidade na esterilização.

Gabinete construído em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática, ou construído em chapa de aço inox, montado sobre quatro pés de borracha regulável.

Manômetro com no mínimo duas escalas de pressão de 0 a 3 kgf/cm² e correspondência mínima em graus centígrados de 100 a 143°C.

Painel informativo e intuitivo, com controle de temperatura e tempo de esterilização, indicador de ligado/desligado e instruções de uso.

Registro esfera para limpeza e drenagem da água.

Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior a MPTA (máxima pressão de trabalho admissível).

Pressão de trabalho 1,5kgf/cm², correspondente a 127°C ou superior.

Tensão de entrada: 220 V.

Potência Mínima: 2000W.

02 (dois) x Cesto de Carga, Cesto aramado de inox AISI316 e acabamento eletropolido, padrão ISO. - FLEX75L - Valor

Referência: 22.448,32

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	FLEX75L	1 Unidade	15.000,00	15.000,00	Homologado em 29/01/2024 09:03:26 Por: KLEBER MARTINS DOS SANTOS

KLEBER MARTINS DOS SANTOS

Autoridade Competente

